

This english version contains a work translation without binding legal status. Wiener Zeitung Gruppe shall assume no liability for this translation.

Beschaffung des Gesamtsystems „refurbished Orbitrap QExactive HF-X MS, nano-ESI-Quelle, UV/VIS-Detektor, TraceFinder-Software, Wartungsvertrag“.

Universität Innsbruck

L-716446-9c4

General information

Type of contracting body: Contracting Authority

Procedure in the upper threshold

Key data for the voluntary publication of a procurement procedure without prior notice (Annex VIII, Section 1, Z 4 BVergG 2018)

a) Name of the contracting body

Universität Innsbruck

b) The master number of the contracting entity pursuant to § 6 E-GovG (E-Government Act) and a unique file number of the procurement procedure assigned by the contracting entity (master number - file number)

9110007928380-GZ 250245/19

c) Contact point of the contracting body

ADir. Wolfgang Lentsch

+43 51250722544

wolfgang.lentsch@uibk.ac.at

d) CPV code main part or parts

38433000

38432200

48460000

e) CPV code additional part or parts (if any)

f) Type of the contract (works, supply or service contract)

Supplies

g) NUTS Code of the place of performance and/or the main place of execution

AT332

h) Designation of the contract

Beschaffung des Gesamtsystems „refurbished Orbitrap QExactive HF-X MS, nano-ESI-Quelle, UV/VIS-Detektor, TraceFinder-Software, Wartungsvertrag“.

i) Short description of the contract

Mindestanforderungen: 1) Orbitrap QExactive HF-X MS mit 240k Auflösung (m/z 200) und mind. 30 Spektren/min bei 120k und HCD; 2) die nanoQuelle und der UV/VIS-Detektor müssen mit Vanquish Flex UPLC bzw. Ultimate nanoUPLC kompatibel sein; 3) Software für die quantitative, direkte Auswertung von hochaufgelösten Orbitrap-Daten; 4) das MS muss in Kombination mit der Vanquish Flex UPLC (VF-UPLC; Bestand), einem Dionex ICS-6000 HPIC System (Bestand), einer nanoQuelle samt einer Ultimate nanoUPLC (Bestand) zusammen mit „TraceFinder“ für die quantitative Metabolomik und Fluxanalytik von Metaboliten unter Berücksichtigung der Isotopenfeinstruktur in komplexen Umweltproben eingesetzt werden können; 5) mit sämtlichen unter 4) genannten Gerätschaften muss eine MS-Kopplung gewährleistet sein; 6) der Detektor muss VF-UPLC-Chromleon-kompatibel sein; 7) die optimale Wartung des Gesamtsystems in Form eines

Wartungsvertrags muss gewährleistet sein.

j) In case of non-recurring obligations: envisaged date of performance (DD/MM/YYYY)

30/04/2020

k) In case of recurring obligations or framework contracts: term of the contract (in months or days)

l) Name of the tenderer to be awarded the contract

Thermo Fisher Scientific wissenschaftliche Geräte GmbH, Big Biz B, Dresdner Straße 89, A-1200 Wien

m) Statement of the decisive reasons why a procurement procedure was carried out without prior notice or URL where such statement can be found

Zu 1) der Mindestanforderungen: Sowohl das Orbitrap QExactive HF-X MS als auch der UV/VIS Detektor verfügen jeweils über Patentschutz; Zu 2 und 3) Diese Mindestanforderungen werden mit den angebotenen Leistungen des potentiellen Auftragnehmers erfüllt; Zu 4) Nur die Kombination des Orbitrap QExactive HF-X mit Vanquish Flex UPLC, Dionex ICS-6000 HPIC, nanoQuelle samt Ultimate nanoUPLC sowie der „TraceFinder“-Software ermöglicht die für die Forschung der Auftraggeberin erforderliche hochauflösende Metabolom- und Fluxanalytik; Zu 5 und 6) Diese Mindestanforderungen werden mit den angebotenen Leistungen des potentiellen Auftragnehmers erfüllt; Zu 7) Ausschließlich zertifizierte Techniker des potentiellen Auftragnehmers können das OT-MS-Gesamtsystem warten. -- Der Vertrieb dieser Leistungen ist in Österreich ausschließlich der Thermo Fisher Scientific wissenschaftliche Geräte GmbH, A-1200 Wien vorbehalten.

n) If applicable, date of dispatch to the Publications Office of the notice (DD/MM/YYYY)

06/12/2019

o) Date of first availability of notice (DD/MM/YYYY)

09/12/2019

p) Indication of the date of the last modification of the invitation to tender (DD/MM/YYYYY, hh:mm)

09/12/2019, 00:01