

Urodynamiksystem

Österreichische Gesundheitskasse

L-767195-0b27

Allgemeine Angaben

Art des Auftraggebers: Öffentlicher Auftraggeber

Verfahren im Unterschwellenbereich

Kerndaten für die Bekanntgabe von vergebenen Aufträgen

Kerndaten für die Bekanntgabe von vergebenen Aufträgen und abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen (Anhang VIII, 2. Abschnitt, Z 1 BVergG 2018)

- a) **Bei Aufträgen im Sektorenbereich: Angabe, ob mit dieser Bekanntgabe die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung bekannt gegeben wird und dabei die Angaben beschränkt werden**
- b) **Name des Auftraggebers, der die Leistung beschafft bzw. die Rahmenvereinbarung abgeschlossen hat**
Österreichische Gesundheitskasse
- c) **Stammzahl des Auftraggebers gemäß § 6 E GovG sowie eine eindeutige, vom Auftraggeber vergebene Geschäftszahl des Vergabeverfahrens (Stammzahl-Geschäftszahl)**
9110027589349-P-214022
- d) **Angabe des Vollziehungsbereiches, dem der Auftraggeber zuzurechnen ist**
Bund
- e) **Angabe, ob der geschätzte Auftragswert im Ober- oder im Unterschwellenbereich lag (OSB, USB)**
Der geschätzte Auftragswert lag im Unterschwellenbereich
- f) **Name des Auftragnehmers oder der Partei der Rahmenvereinbarung**
Medical Measurement Systems B.V. Zweigniederlassung LABORIE Österreich
- g) **Stammzahl des Auftragnehmers oder der Partei der Rahmenvereinbarung gemäß § 6 E GovG (wenn vorhanden; nicht anzugeben bei natürlichen Personen)**
- h) **CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile**
33125000
- i) **CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzeile (sofern vorhanden)**
- j) **Art des Auftrages**
Lieferauftrag
- k) **Bezeichnung des Auftrages bzw. der Rahmenvereinbarung**
Urodynamiksystem
- l) **Kurze Beschreibung des Auftrages bzw. der Rahmenvereinbarung**
Beschaffung eines Urodynamiksystems für die Abteilung für Urologie des "Mein Hanusch-Krankenhaus" der Österreichischen Gesundheitskasse. Die kabellose Datenübertragung von Katheter zu Auswerteeinheit ermöglicht Messungen in allen Patientenpositionen und ist unbedingt erforderlich, da die Messungen bei Patienten sowohl im Sitzen, als auch im Liegen bzw. am Toilettenstuhl durchgeführt werden. Dies gewährleistet gerade bei neurogenen Blasenentleerungsstörungen, bei denen videourodynamische Messungen erforderlich sind, die entsprechende Qualität der Untersuchung und letztendlich daraus folgenden Befundung. Diese kabellose Datenübertragung wird nur von der „Laborie Medical Measurement Systems B.V.“ angeboten.
- m) **Auftragswert des Auftrages bzw. Wertumfang der Rahmenvereinbarung ohne Umsatzsteuer in Euro**
61000

- n) **Tag des Vertragsabschlusses bzw. des Abschlusses der Rahmenvereinbarung (TT/MM/JJJJ)**
25/11/2020
- o) **Bei Zielschuldverhältnissen: in Aussicht genommener Erfüllungszeitpunkt (TT/MM/JJJJ)**
- p) **Bei Dauerschuldverhältnissen oder Rahmenvereinbarungen: Laufzeit des Vertrages bzw. Laufzeit der Rahmenvereinbarung (in Monaten oder Tagen)**
- q) **Bezeichnung der Verfahrensart**
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
Es handelt sich um ein Dynamisches Beschaffungssystem
Nein
- r) **Angabe, ob es sich bei der Bekanntgabe um die Bekanntgabe des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung handelt**
Nein
- s) **Anzahl der eingegangenen Angebote**
1
- t) **Im Oberschwellenbereich: Anzahl der Klein- und Mittelunternehmen (KMU) gemäß der Empfehlung 2003/361/EG, die Angebote abgegeben haben (einschließlich KMU in Arbeits- oder Bietergemeinschaften)**
- u) **Angabe, ob der bzw. zumindest ein Auftragnehmer ein KMU ist**
Ja
Anzahl der Auftragnehmer, die ein KMU sind